

ERRATA AO EDITAL

A equipe de condução do Pregão Eletrônico 16/2020 – cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES), CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, INCLUSIVE FRETE DA ORIGEM ATÉ O CISALP E/OU MUNICÍPIO SOLICITANTE, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO CISALP E DOS ENTES CONSORCIADOS AO CISALP**, conforme especificado no Termo de Referência – ANEXO I, do Edital – comunica alteração no instrumento convocatório:

Item 30: Avental descartável, material: TNT. Composição: 100 % polipropileno, gramatura 40. Não estéril. Modelo: manga longa. Será alterada a especificação ER: Avental descartável em TNT (não tecido) 100% de polipropileno, não impermeáveis com barreira bacteriológica para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima de 30 g/m². Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser no mínimo 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, garantindo assim que nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do usuário. Possui abertura na parte posterior (nas costas) da peça com fechamento em tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Modelo: manga comprida com elástico nos punhos. Cor: branca. Embalados em pacotes devidamente lacrados com no mínimo 10 unidades.

Item 31: Avental descartável de TNT (tecido não texturizado), 100% polipropileno, gramatura de 30 g/m². São ideais para exames ginecológicos. Não estéril. Atóxico, não inflamável. Cor: branco, modelo: sem manga. Será alterada a especificação ER: Avental descartável em TNT (não tecido) 100% de polipropileno, não impermeáveis com barreira bacteriológica para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima de 30 g/m². Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser no mínimo 1,5 m. possui abertura na parte posterior (nas costas) da peça com fechamento em tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Modelo: manga curta. Cor: branca. Embalados em pacotes devidamente lacrados com no mínimo 10 unidades.

Item 81: Detector de batimentos cardíacos fetais portátil para obstetrícia, digital com transdutor de alta sensibilidade. Compacto, leve e de fácil operação. Alto falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LED iluminado, 2 modos de visualização da FCF: numérica e gráfica (curva FCF). Alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis. Frequência 2.0 mh2. Funciona com bateria, pilhas recarregáveis ou pilhas alcalinas AA. Será alterada a especificação ER: Detector de batimentos cardíacos fetais portátil para obstetrícia, digital com transdutor de alta sensibilidade. Compacto, leve e de fácil operação. Alto falante de alta performance. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático. Tela de LED iluminado. Alarmes visuais e sonoros ajustáveis e programáveis. Frequência 2.0 mh2. Funciona com bateria, pilhas recarregáveis ou pilhas alcalinas AA

Item 194: Máscara cirúrgica descartável confeccionada em TNT, 100% de polipropileno, cor branca, com tripla camada com filtro, atóxica. Dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo roliço recoberto com algodão. Será alterada a especificação ER: Máscara cirúrgica descartável de uso único, confeccionada em não tecido, 100% de polipropileno, cor branca, tripla camada com filtro, com determinação da eficiência da filtração bacteriológica, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) $\geq 98\%$ e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) $\geq 95\%$. Deve possuir três pregas horizontais e ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. Soldada eletronicamente por ultrassom. Dispõe lateralmente de dois elásticos do tipo roliço recoberto com algodão. Dimensões conforme ABNT NBR 15052. Embaladas em caixas devidamente lacradas com no mínimo 50 unidades.

Lagoa Formosa, 07 de julho de 2020.


Larissa Peres Babilônia

Presidente da C.P.L.